

exeol sept E2

Détergent désinfectant enzymatique pH neutre

► Solution enzymatique à diluer pour le nettoyage et la désinfection par immersion des dispositifs médicaux réutilisables invasifs et non-invasifs, avant stérilisation ou désinfection finale.




INSTRUMENTS
ENDOSCOPIE

Avant toute utilisation, vérifier la date de péremption figurant sur l'étiquette.




Dose 20mL




1 Déchirer la dose à l'aide de la pré-découpe. Selon le spectre d'activité recherché, verser une dose de 20mL dans 5L (4mL/L soit 0,4%) ou dans 2L (10mL/L soit 1%) d'eau à température ambiante.

Flacon 1L doseur



Enlever le bouchon et presser les flancs du flacon pour obtenir la dose souhaitée. Selon le spectre d'activité recherché, diluer la dose obtenue avec de l'eau à température ambiante : 0,4% (4mL/L) ou 1% (10mL/L). Refermer le flacon après utilisation.


Bidon 5L




Lors de la première utilisation, retirer la bague d'invulnérabilité puis dévisser le bouchon. Fixer la pompe de 20mL sur le bidon et l'amorcer. Ne pas utiliser la dose obtenue avant l'amorçage complet de la pompe. À l'aide de la pompe doseuse, selon le spectre d'activité recherché, diluer le concentré avec de l'eau à température ambiante : 0,4% (4mL/L) ou 1% (10mL/L).

Utilisation :


La solution diluée et non utilisée peut être conservée en bac couvert pendant 72h.



2 Placer les dispositifs médicaux ouverts et démontés dans la solution en s'assurant qu'ils soient complètement immergés. Nettoyer, brosser, écouvillonner et irriguer les canaux si nécessaire.



3 Temps de contact: 5 min. (à 0,4%) ou 30 min. (à 1%), selon le spectre d'activité recherché.



4 Retirer les dispositifs médicaux, les rincer soigneusement à l'eau.

Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. EPI :



La solution utilisée doit être renouvelée après chaque utilisation.
exeol sept E2 peut être utilisé en bac à ultrasons.

UNIQUEMENT À USAGE PROFESSIONNEL

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANTÉ
exeol
UNE DIVISION SODEL



Dossier produit disponible
sur www.exeol.fr

Sodel
190 rue René Barthélemy
14100 Lisieux, France.
TEL: +33 (0)2 31 31 10 50
www.exeol.fr

Marquage CE obtenu en 2023
DM classe IIa

CE 0459

